

Injection avec stylo prérempli


Service de Diabétologie

Livret d'explication sur l'utilisation d'un stylo prérempli pour une injection



Préparation du stylo

Vérifiez qu'il s'agit bien d'un stylo prérempli et le nom afin de vous assurer qu'il contient bien le type d'insuline dont vous avez besoin. Si on injecte une insuline inappropriée, le taux de sucre dans le sang peut devenir trop élevé ou trop bas.




Retirez le capuchon du stylo.


Placement d'une nouvelle aiguille



Placez une nouvelle aiguille sur le stylo.



Retirez les 2 capuchons protecteurs, conservez le grand capuchon externe de l'aiguille.




Attention : si l'insuline est **blanche et opaque** (non transparente), **n'oubliez pas de mélanger le produit avant l'injection** pour remettre le produit en suspension.

Contrôle de l'écoulement de l'insuline


Vérifiez, avant chaque injection, si l'aiguille fonctionne parfaitement en faisant sortir deux unités

Sélection de la dose



Vérifiez que la dose soit sur 0 et sélectionnez le nombre d'unités à injecter.


Injection de la dose



Insérez l'aiguille dans la peau puis injectez la dose complète d'insuline en enfonçant calmement et complètement le bouton-poussoir (appuyez au milieu du bouton-poussoir). Ne mettez pas vos doigts sur la fenêtre de lecture pendant l'injection.



Gardez le bouton-poussoir totalement enfoncé et comptez au moins jusqu'à 6 avant de retirer l'aiguille.



Retirez et jetez l'aiguille après injection en respectant les précautions d'usage (conteneur à aiguilles). Remettez ensuite le grand capuchon externe sur le stylo.

Service de Diabétologie

Consultation

Secrétariat:

071 26 51 41

Bureau infirmier(ère)s:

071 26 51 89

Localisation:

Rez-de-chaussée



CHRSM - site Sambre

Rue Chère-Voie, 75
5060 Sambreville
Tél.: +32 (0)71 26 52 11

www.chrsm.be
sambre.chrsm.be

Suivez l'actualité du **CHRSM**
sur les réseaux sociaux



Mise à jour: avril 2024
Brochure à destination des patients
du CHRSM - site Sambre

Réalisation: Service Communication
Éditeur responsable: Stéphane Rillaerts
CHRSM - site Sambre
Rue Chère-Voie, 75 - 5060 Sambreville